

## Memorando 4.042/2023

---

**De:** João S. - FEMA - LICIT

**Para:** FEMA - LICIT - Licitações

**Data:** 22/08/2023 às 19:43:34

**Setores envolvidos:**

FEMA - LICIT

### Resposta ao Pedido de Esclarecimento - Oxigênio - PP036-23

Prezados, boa tarde!!

Conforme solicitado, segue resposta ao pedido de esclarecimento da empresa White Martins quanto ao termo de referência do Pregão 036/2023, cujo objeto é aquisição de oxigênio medicinal.

Atenciosamente,

João Perandr 

**Anexos:**

2\_1\_Resposta\_ao\_Pedido\_de\_Esclarecimento.pdf

## RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

Ref.: Processo Licitatório Nº 051/2023 – Pregão Presencial Nº 036/2023 – SRP Aquisição de Oxigênio Medicinal à UPA Ruy Silva

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2023, recebi do Setor de Licitações da FEMA alguns questionamentos a respeito do Termo de Referência do processo licitatório supra, encaminhados pela empresa White Martins através da senhora Thayane Monteiro, e, a fim de sanar as dúvidas levantadas, segue as respostas:

**1) Será aceito pela Unidade, para o item 3, o fornecimento do gás em cilindros de 3,5 m<sup>3</sup>?**

A UPA de Assis faz aquisição do cilindro de 3 m<sup>3</sup> a fim de facilitar o transporte interno e externo dos pacientes que dependem do gás e estão sob cuidados deste serviço, para tanto, temos a disposição da Unidade para realização deste transporte **SOMENTE** carrinhos e suportes para cilindros equivalentes a 3 m<sup>3</sup> (favor considerar circunferência e altura do torpedo para apreciação desta resposta). Portanto não, não há como adequar a necessidade da Unidade a oferta desta licitante;

**2) No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do edital, as unidades de fornecimento dos itens constam como “CILINDRO”, gostaríamos de confirmar se a unidade de medida dos itens é mesmo Cilindro ou M<sup>3</sup>**

A despeito do termo de referência disponibilizado no edital do pregão presencial em epígrafe, foi feita a descrição dos itens conforme a seguir: fornecimento de oxigênio medicinal através de cilindros/torpedos com capacidades de 1m<sup>3</sup>; 3m<sup>3</sup> e 10m<sup>3</sup>, ou seja, a compra é para unidade cilindro com as capacidades referenciadas;

**3) Gentileza informar se os gases serão fornecidos em cilindros em regime de comodato ou será recarga aos cilindros da Unidade**

O fornecimento de gases à UPA de Assis será realizada através de cilindros de 1, 3 e 10 m<sup>3</sup>, em comodato, a serem entregues cheios e retirados vazios conforme as requisições, visto que a Unidade não detém cilindros para recargas.

Conforme informado em edital na cláusula 3.5.2 do termo de referência, quanto aos cilindros de 10 m<sup>3</sup>, a Unidade conta com 2 redes de oxigênio com capacidade para 4 cilindros de 10 m<sup>3</sup> cada, fazendo com que as entregas dos torpedos sejam diárias frente a infraestrutura atual.

Certos de vossa atenção, atenciosamente me subscrevo.

Assis, 22.08.2023

João Vitor Perandré



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F96-2D36-1D9B-DB99

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOÃO VITOR PERANDRÉ DA SILVA (CPF 416.XXX.XXX-01) em 22/08/2023 19:43:57 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/9F96-2D36-1D9B-DB99>