



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

PARECER TÉCNICO

Processo licitatório nº 020/2022

Interessado: Maria Salete Porto Steiger Elias – Pregoeira Oficial/FEMA

Assunto: Análise das especificações dos equipamentos ofertados no Pregão Presencial nº 011/2022

Do Relatório

Trata-se de consulta solicitada pela Pregoeira Oficial da FEMA, senhora Maria Salete Porto Steiger Elias, para análise das especificações constantes nas propostas comerciais apresentadas pelas licitantes participantes da sessão pública do Pregão Presencial nº 011/2022 cujo objetivo é AQUISIÇÃO DE CLORÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM LEITOR DE PH E TURBIDÍMETRO DE BANCADA DIGITAL, PARA O CURSO DE QUÍMICA. É o sucinto relato, passo a análise.

Da Análise

Inicialmente, cumpre salientar que, a análise deste parecerista se deu mediante a avaliação dos catálogos e manuais apresentados, além das diligências necessárias no site da fabricante.

Da análise das especificações e equipamentos apresentados pelas empresas participantes do certame temos:

ITEM	EQUIPAMENTO
------	-------------



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

1	CLORÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL COM LEITOR DE PH.	
EMPRESAS	SITUAÇÃO	MOTIVO
LIO SERUM PROD.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	Atende	
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Atende	
LAB IMPORT- IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA	Atende	
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP	Atende	
WAGNER VASCONCELOS PEREIRA - ME	Atende	

ITEM	EQUIPAMENTO	
2	TURBIDÍMETRO DE BANCADA DIGITAL	
EMPRESA	SITUAÇÃO	MOTIVO
LIO SERUM PROD.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	Não atende	Valor do produto fora da faixa de cotação.
CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Não atende	Falta a reprodutividade e a resposta de leitura.
LAB IMPORT- IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA	Atende	
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP	Não atende	Fonte de luz incorreta.
WAGNER VASCONCELOS PEREIRA - ME	Não atende	Falta do adaptador AC/DC.

CONCLUSÃO:

Após comparação entre as especificações oferecidas pelos licitantes e as exigidas no edital, emito parecer favorável à aceitação das propostas comerciais das empresas e dos itens listados abaixo.



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

- 1) LIO SERUM PROD.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA – ITEM 1;
- 2) CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI – ITEM 1;
- 3) LAB IMPORT- IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA – ITENS 1 E 2;
- 4) RC SCIETIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI – EPP – ITEM 1;
- 5) WAGNER VASCONCELOS PEREIRA – MEI – ITEM 1.

Por fim, após comparação entre as especificações oferecidas pelos licitantes e as exigidas no edital, emito parecer desfavorável à aceitação das propostas comerciais das empresas e dos itens listados abaixo, conforme justificativa na qual determino de forma clara e objetiva quais características do bem ofertado estão em desacordo com as exigências do edital.

Empresa: LIO SERUM PROD.LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA

Item 2: Justificativa para desclassificação: Valor do produto fora da faixa de cotação.

Empresa: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI

Item 2: Justificativa para desclassificação: Na proposta do produto não se encontra a reprodutividade e a resposta de leitura, valores de suma importância para o uso do equipamento.

Empresa: RC SCIETIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI – EPP



Fundação Educacional do Município de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

Item 2: Justificativa para desclassificação: Na proposta do produto a fonte de luz não se encontra nas especificações do pedido, a mesma deveria ser lâmpada de led e não de tungstênio.

Empresa: WAGNER VASCONCELOS PEREIRA – MEI

Item 2: Justificativa para desclassificação: A falta da presença do adaptador AC/DC.

Este é o meu parecer.

Assis, 30 de maio de 2022.

Fernando Rodrigues da Silva
Fernando Rodrigues da Silva

Responsável Técnico Laboratório de Química